

Bowie Dick Testpaket

Dampfdurchdringungstest



Mit dem Bowie Dick Testpaket überprüfen Sie ob die Dampfdurchdringungsleistung ausreicht sowie die tägliche Effizienzprüfung der Luftentfernungsleistung.



- Erkennbare Fehlerquellen:
 - Unzureichendes Vakuum
 - nicht kondensierbare Gase
 - Dampfqualität (Sattdampf, Temperatur)
- Erfolgreicher Farbumschlag von gelb zu einem vollständigen blau/violett, wenn gleichmäßige Dampfdurchdringung bei 134-137°C im Zeitraum von 3,5 Minuten erfolgt aufgetreten ist
- ISO 11140-4

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | VE |
|-------------|--|----|
| 2352AB | Bowie Dick Testpaket, Blätter aus Barrierematerial, ein chemisches Indikatorblatt | 20 |